

**Bulletin de clarification N°1 à la Demande de Devis**

**Acquisition, Livraison, Installation et Mise en marche des équipements technico-pédagogiques destinés aux Instituts de formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka « Projets : IFMSAS Béni Mellal (CFP 24), IFMSAS Meknès (CFP 36) et IFMSAS Oujda (CFP 32) »**

Réf: DD/SH/MCA-M/ EW-39-A Lots 7,8,9 & 10/Compact

Date de publication : 16 avril 2021

Date de soumission après addendum n°1 : 18 mai 2021 à 23h00mn

Date de soumission après addendum n°2 : 28 mai 2021 à 23h00mn

N°	Questions	Réponses
1	<p>Est-ce que vos lots sont uniques ou bien faites-vous des adjudications par article ? Vos lots sont compliqués dans le sens où ce ne sont pas forcément les mêmes fournisseurs qui peuvent proposer l'ensemble des produits.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaque lot est unique. Il n'y a pas d'adjudication par article.</li> <li>• Le fournisseur peut soumissionner pour un seul lot ou plusieurs lots.</li> </ul>
2	<p>Pour le lot n°8 : matériel de kinésithérapie, nos questions sont les suivantes :</p> <p>Lot 5 : Les spécifications techniques de l'électrostimulateur ne sont pas suffisantes. Il y a bon nombre d'appareil d'électrothérapie. Tout dépend s'il est fixe ou portable, s'il sera utilisé par un kiné ou par un particulier. Je vous transmets notre catalogue kiné pour vous faire une idée des électrostimulateurs que nous proposons.</p>	<p><u>Il s'agit de l'article 5 du lot 8 et non du lot 5.</u>  <u>Article 5. Électrostimulateur kiné 4 voies programmé et programmable portable</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Écran couleur</li> <li>• Batterie Lithium longue durée.</li> <li>• 68 programmes classés en 8 catégories antalgiques, rééducation, uro, vasculaire, sport, relaxation par courant, esthétique et User.</li> </ul> <p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensité max :100 mA</li> <li>• Largeur d'impulsion : 50-2x350ps biphasique</li> <li>• Courant biphasique compensé</li> <li>• Fréquence : 1- 120 Hz</li> <li>• Batterie Lithium</li> <li>• Câbles garantie 5 ans</li> <li>• Sacoche de transport</li> <li>• 2 jeux de 4 câbles</li> <li>• 80 électrodes autocollantes</li> <li>• Accumulateurs intégrés Lithium-Ion + chargeur de batterie rapide</li> <li>• 1 manuel d'utilisation</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garantie 2 ans</li> </ul> <p>Il est plus indiqué de mettre les catalogues dans votre soumission.</p>
3	<p>Lot 7 : les lampes infra-rouges les plus professionnelles ont des puissances de 400W max. Merci de revoir vos spécifications de lampe infra-rouge. Celle demandée devrait se rapprocher du modèle 4003/2N de verre et Quartz, France.</p>	<p>Il s'agit de l'article 7 du lot-8 et non du lot-7.</p> <p><u>Article 7. Lampe infrarouge verre et quartz</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 400 Watt sur pied roulant</li> <li>• Non articulée</li> <li>• Hauteur réglable jusque 190 cm</li> <li>• Livrée avec 02 Circline verre et quartz 400Watt</li> <li>• Poids 12 kg</li> <li>• Grille de protection</li> <li>• Garantie 2 ans</li> </ul> <p>Simple interrupteur Marche/Arrêt</p>
4	<p>Suite au lancement de votre demande de prix, merci de nous indiquer si vous souhaitez acheter 6 négatoscopes (demande de prix) ou bien 36 négatoscopes (voir bordereau des prix).</p>	<p>Il s'agit en effet d'une contradiction entre les données de l'item 2 ( négatoscopes ) du lot 10 au niveau du bordereaux des prix et celles du même item au niveau de l'article 4 des termes de référence où il est mentionné qu'il s'agit au total de 6 unités (2 par institut) au lieu de 36 (12 par institut) indiqué dans le bordereau des prix</p> <p><b>Nous confirmons que le nombre de négatoscopes est 6.</b></p>
5	<p>Par ailleurs, les dimensions ne correspondant pas à des tailles standards, veuillez nous indiquer si vous recherchez un négatoscope à 2 ou 3 ou 4 plages. Par ailleurs, le voulez-vous avec régulateur d'intensité ou pas ?</p>	<p><u>Article 2 (du lot 10). NEGATOSCOPE 3 plages</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions 1275 x 500 x 25(mm) environ</li> <li>• Zone de vision (mm) 1130 x 440</li> <li>• Luminance/brillance &gt;2000cd-m2</li> <li>• Source d'alimentation input (AC) AC 240V / 50-60Hz</li> <li>• Puissance 120VA</li> <li>• Température ambiante 5°C-40°C</li> <li>• Poids net 11,5 Kg</li> </ul> <p>Garantie 2 ans</p>

<p>6</p>	<p>Pour l'article 1, quel genre de produit recherchez-vous ? S'il s'agit bien d'un service de kiné que vous équipez, vous devez aller vers un produit comme celui dans le lien suivant : <a href="http://topmedical.ma/produit-26740">http://topmedical.ma/produit-26740</a>  Vos spécifications ne sont pas claires et prêtent à confusion. Cela peut être aussi au vu de vos spécifications techniques (rarissime dans le monde de la rééducation) :</p> <p><a href="https://www.decathlon.be/fr/p/barres-a-dips-training-station-100/_/R-p-145420">https://www.decathlon.be/fr/p/barres-a-dips-training-station-100/_/R-p-145420</a>  ou  <a href="https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/3616236302/caracteristiques-techniques-profondeur-totale-de-la-station-83cm-largeur-totale-67cm-hauteur-de-barre-de-dips-130cm-hauteur-ajustable-pour-la-barre-de-traction-180-a-230cm-poids-max-utilisat.html">https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/3616236302/caracteristiques-techniques-profondeur-totale-de-la-station-83cm-largeur-totale-67cm-hauteur-de-barre-de-dips-130cm-hauteur-ajustable-pour-la-barre-de-traction-180-a-230cm-poids-max-utilisat.html</a></p>	<p><u>Article 1 (du lot 8). Barres parallèles pour exercice de rééducation</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barres parallèles pliantes</li> <li>• Acier Epoxy</li> <li>• Réglables en hauteur de 75 à 108 cm</li> <li>• Longueurs : 250 cm</li> <li>• Se posent facilement sur le sol (aucun système de fixation)</li> <li>• Garantie 3 ans</li> </ul>
<p>7</p>	<p>Nous vous informons que nous avons envoyé l'AO EW-39-A Lots 7,8,9&amp;10 pour Lot N°9 le 07/05/2021, et nous avons déposé la garantie d'offre originale le 17/05/2021. Est ce qu'il faut renvoyer l'AO une 2ème fois et retirer la garantie d'offre pour modifier la date de l'AO.</p>	<p>Il a été posté sur le site web de MCA-Morocco :</p> <p>L'addendum n°1 en date du  L'addendum n°2 en date du  Il sera posté un addendum n°3 et le présent bulletin de clarifications qui répond à toutes les questions posées par les fournisseurs.  Ces informations peuvent vous être utile pour parfaire votre offre.</p> <p>L'offre à déposer doit tenir compte de tous ces changements et la garantie d'offre doit être en cohérence avec l'offre déposée.</p>